

SERA

Sequential Electrochemical Reduction Analysis 連続電気化学還元法

測定可能金属

A. 酸化膜測定について

(検出単位はÅ)

銅 : Cu_2O CuO Cu_2S
 錫 : SnO SnO_2
 銀 : Ag_2O AgCl Ag_2SO_4 Ag_2S

B. 金属膜厚測定について

金 : Min40Å (0.004μm) ~ Max20,000Å (2.00μm)
 銅 : Min200Å (0.020μm) ~ Max20,000Å (2.00μm)
 ニッケル : Min200Å (0.020μm) ~ Max20,000Å (2.00μm)
 銀 : Min200Å (0.020μm) ~ Max20,000Å (2.00μm)
 錫 : Min200Å (0.020μm) ~ Max20,000Å (2.00μm)

Maxは推奨値

